

BANTE instruments

水質測量儀器 溶氧 DO 計



技術特點

- 標準型溶氧儀器，配有背光液晶顯示螢幕。
- 1 或 2 點校正，使用空氣飽和水或零氧液。
- 鹽度與大氣壓力補償，消除測量誤差。
- 自動終點鎖定，保留穩定的讀數，易於瀏覽與記錄。
- 自動溫度補償，確保全量程範圍精確測量。
- 記憶儲存功能，可儲存調閱最多100、500 組數據。
- 校正到期提醒，提示使用者定期校正儀器。
- USB 通訊介面，易於傳輸資料或連接電源器至儀器。
- 設置功能可自定義標準組、校正點數量、溫度單位等功能。
- 重置功能，自動恢復儀器至原廠設定。

產品型號		桌上型 Bante 980	攜帶型 Bante 820
溶氧	測量範圍	0.00 ~ 20.00 mg/L, ppm	0.00 ~ 20.00 mg/L
	解析度	0.01 / 0.1 mg/L (可選)	0.01 mg/L
	測量精度	± 0.2 mg/L	± 0.5 mg/L
飽和度	測量範圍	0.0 ~ 200.0 %	0.0 ~ 200.0 %
	解析度	0.1 / 1% (可選)	0.1 %
	準確度	± 2.0 %	± 2.0 %
溫度	測量範圍	0 ~ 60 °C / 32 ~ 140 °F	0 ~ 60 °C / 32 ~ 140 °F
	解析度	0.1 °C / °F	0.1 °C / °F
	測量精度	± 0.5 °C / ± 0.9 °F	± 0.5 °C / ± 0.9 °F
	偏移校正	1 點，測量值 ± 10 °C	1 點，測量值 ± 10 °C
溶氧校正點		1 點 / 2 點	1 點 / 2 點
溫度補償範圍		0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F (自動)	0 ~ 50 °C / 32 ~ 122 °F (自動)
大氣壓力補償範圍		60.0 ~ 112.5 kPa ; 450 ~ 850mm Hg (手動)	60.0 ~ 112.5 kPa ; 450 ~ 850mm Hg (手動)
鹽度補償範圍		0.0 ~ 50.0 g/L (手動)	0.0 ~ 50.0 ppt (手動)
讀值鎖定		手動 / 自動終點鎖定	手動 / 自動終點鎖定
穩定性條件		標準 / 高精度	-
校正到期提醒		1 ~ 31 天 / 關閉	-
資料儲存		500 組	100 組
通訊輸出		USB	USB
自動關機		-	30 分鐘無按鍵操作後
通訊接頭		6 針 DIN	6 針 DIN
顯示螢幕		LCD (125×100 mm)	LCD (80×60 mm)
電源類型		DC5V 電源線	AA 電池 3 個 / DC5V 電源線
外型尺寸		210×188×60 mm	170×85×30 mm
重量		1.5 kg	300 g

Bante 820 | 產品配件



溶氧電極 DO100

- 型號：DO100
- 型式：Clark 溶氧電極
- 測量範圍：0 ~ 20mg/L
- 溫度範圍：0 ~ 50°C
- 接頭：6 DIN
- 線長：3米



測量儀器攜帶盒

無論是工地現場、實驗室移動，或是日常維護巡檢，儀器都可獲得最周全的保護，有效抵禦外部衝擊。